



TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Secretária de Saúde do Município de Nova Russas, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Pregoeira e Equipe de apoio cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto versa sobre **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, ATRAVÉS DE RECURSO REMANESCENTE DE EMENDA PARLAMENTAR CONFORME PROPOSTA Nº 11372.601000/1220-02, VISANDO GARANTIR AQUISIÇÃO DE MAIS EQUIPAMENTOS E ASSIM MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL E OFERECER AOS USUÁRIOS DO SUS UM ATENDIMENTO MAIS QUALIFICADO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE**

RESOLVE:

ADJUDICAR E HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº SS-PE018/2022**, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo **ADJUDICADO E HOMOLOGADO** em favor das seguintes licitante:

VENCEDORES:

01. ANDREIA LORENZI
CNPJ: 17.189.700/0001-79

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Carro Maca Simples, material de confecção aço inoxidável ou alumínio/grades laterais.	ALFRS / ALF-CM101	und	3	R\$ 1.290,00	R\$ 3.870,00
3	Poltrona Hospitalar, material de confecção aço ou ferro pintado/assento e encosto estofado courvin/ capacidade até 20 kg/ reclinção acionamento manual.	ALFRS / ALF-PHDM	und	30	R\$ 844,50	R\$ 25.335,00
5	Escada com 2 degraus, material de confecção aço inoxidável.	ALFRS / ALF-E2D1	und	20	R\$ 130,00	R\$ 2.600,00

R\$ 31.805,00

02. COMERCIAL SOARES NS LTDA
CNPJ: 13.485.158/0001-40

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
7	Ar Condicionado, tipo split capacidade/ciclo 9.000 A 12.000 btus/quente e frio.	AGRATTO / SPLIT	und	67	R\$ 1.717,83	R\$ 115.094,61
14	Ventilador de Teto/ Parede, composição/ tipo 3 ou 4 pás/ parede.	VENTISOL / PAREDE	und	43	R\$ 227,50	R\$ 9.782,50

R\$ 124.877,11

03. GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 11.427.407/0001-16

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4	Armário Vitrine, numero de portas 02 portas/material de confecção ferro pintado/laterais de vidro.	GQS / P.O.S	und	24	R\$ 779,00	R\$ 18.696,00





9	Mesa de Escritório, material de confecção madeira ou MDP ou MDF ou similar/formato retangular/ gavetas possui.	GQS / B-02G	und	36	R\$ 285,00	R\$ 10.260,00
10	Longarina com assento e encosto em polipropileno, com 4 lugares, na cor preto.	GQS / LONG-04P	und	50	R\$ 399,90	R\$ 19.995,00

R\$ 48.951,00

04. LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.187.384/0001-54

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
16	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico, Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 2000 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40 cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; Ajuste do fluxo para Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo de 2 a no mínimo 50 l/min; FIO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen, botão rotacional para ajuste de programação dos parâmetros; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FIO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, relação I:E, pico de fluxo inspiratório, volume minuto expirado, constante de tempo expiratório, índice de stress e volume expiratório. Cálculos automáticos de mecânica: resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume, fluxo x volume e fluxo/pressão; apresentação de gráficos com as tendências. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FIO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Circuito paciente pediátrico/adulto, Circuito paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido. Compatível com protocolo de comunicação HL7. Software em Língua Portuguesa.. Atendimento às normas: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	MARCA PRÓPRIA / MODELO PRÓPRIO	und	2	R\$ 48.000,00	R\$ 96.000,00

R\$ 96.000,00





Nova Russas



05. PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
CNPJ: 09.485.574/0001-71

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
15	Cadeira de Banho/ Higiénica, material de confecção ferro pintado/capacidade até 100 kg sem coletor.	CARONE / CARONE	und	6	R\$ 368,40	R\$ 2.210,40

R\$ 2.210,40

06. S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME
CNPJ: 11.726.439/0001-12

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica, cabeceira e peseira removíveis colchão.	TUBOMED / Cama Wawler	und	20	R\$ 2.220,00	R\$ 44.400,00

R\$ 44.400,00

07. VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
CNPJ: 20.008.831/0001-17

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
11	Cadeira de Rodas Adulto, material e confecção aço ou ferro pintado/apoio para braços removível/ apoio para pés com elevação/ elevação de pernas.	CDS / 101	und	4	R\$ 690,00	R\$ 2.760,00
12	Cadeira de Rodas para Obeso, capacidade de 160 kg a 199 kg/braços escamoteável/pés removível.	CDS / MAX OBESO	und	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
13	DEA - Desfibrilador Externo Automático, autonomia da bateria 50 a 250 choques/ auxilio rcp/ acessórios 1 par de eletrodo.	HEARTSINE / SAMARITAN 500P	und	2	R\$ 10.900,00	R\$ 21.800,00


R\$ 25.960,00

ITENS FRACASSADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
6	Cpap, Configuração c/ umidificador/ compensação/ c/ máscara nasal.	und	1
8	Ferro Elétrico Industrial, potência acima de 1100 watts/reservatório externo possui/descanso de silicone possui.	und	1

Remetam-se os autos ao titular de origem da licitação, para as providências cabíveis.

Nova Russas/Ce, 08 de março de 2023.


FRANCISCA MARIA BEZERRA DOS SANTOS
 Secretária de Saúde



Via: Nova Russas - Nova Russas - CE
 Centro - CEP 22305-000
 Nova Russas - Ceará - Brasil
 Tel: 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

 @prefeitura@novarussas